KUNDENANLEITUNG · AQUIPRO NG

Nautiz X8 mit AquiPro NG unter Windows 10/11 auslesen

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Messdaten von einem **Nautiz X8**-Handgerät (Windows Mobile) mit **AquiPro NG** auf einen PC mit Windows 10 oder Windows 11 übertragen. Die Einrichtung ist pro PC nur einmal nötig.

Voraussetzungen

- PC mit Windows 10 oder Windows 11 (64 Bit) und Administratorrechten
- Nautiz X8 mit USB-Kabel
- AquiPro NG Setup ab Version 8.2.2
- Installationsprogramm des **Windows Mobile-Gerätecenters**

Beides finden Sie unter **www.aquitronic.de/downloads** im Bereich „AquiProNG neu“.

1 Windows Mobile-Gerätecenter installieren

1. Die Datei `Windows-Mobile-Geraetecenter-6.1-x64.zip` herunterladen und entpacken.
2. `drvupdate-amd64.exe` per Doppelklick starten und die Installation bestätigen.
3. Warten, bis die Installation abgeschlossen ist.

2 AquiPro NG installieren

Führen Sie **danach** das AquiPro NG Setup aus – auch wenn AquiPro NG bereits installiert ist. Das Setup richtet das Windows Mobile-Gerätecenter automatisch für Windows 10/11 ein.

> **Reihenfolge beachten**
> Das Windows Mobile-Gerätecenter muss **vor** dem AquiPro NG Setup installiert werden. Haben Sie es erst nachträglich installiert, führen Sie das AquiPro NG Setup einfach noch einmal aus.

Starten Sie den PC anschließend neu.

3 Nautiz X8 einstellen

Auf dem Nautiz X8:

1. **Start** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB-zu-PC** öffnen.
2. Den Haken bei **„Erweiterte Netzwerkfunktionalität aktivieren“ entfernen**.
3. Mit **OK** bestätigen.

Ohne diese Einstellung kommt unter Windows 10/11 keine Verbindung zustande.

4 Messdaten auslesen

1. Nautiz X8 einschalten und per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Auf dem Handgerät erscheint nach einigen Sekunden die Meldung, dass es verbunden ist. Öffnet sich am PC das Windows Mobile-Gerätecenter, wählen Sie dort **„Verbindung ohne Einrichten des Geräts herstellen“**.
2. Im **AquiPro NG Manager** das gewünschte Projekt wählen und **Handgerät** starten.
3. **„Kontakt herstellen“** anklicken. Angezeigt werden der Gerätename („Handheld Group NAUTIZ X8“) und die Anzahl der gefundenen Dateien.
4. **„Daten auslesen“** anklicken. Die Messdaten werden übertragen und in das Projekt importiert.
5. **„Kontakt beenden“** anklicken und das Kabel abziehen.

> **Daten auf dem Handgerät löschen?**
> Unter **Einstellungen** kann eingestellt werden, dass die Daten nach dem Übertragen vom Handgerät gelöscht werden. Dann liest das Handgerät beim nächsten Mal alle Daten vollständig neu aus den Sonden – das kann deutlich länger dauern. Im Normalfall lassen Sie diese Option ausgeschaltet.

Wenn es nicht klappt

> **„Kein Handgerät gefunden! … muss das Windows Mobile-Gerätecenter installiert sein“**
> Schritt 1 ausführen, danach Schritt 2.

> **„Kein Handgerät gefunden! … noch nicht eingerichtet“**
> AquiPro NG Setup erneut ausführen und den PC neu starten (Schritt 2).

> **„Kein Handgerät gefunden!“ ohne weiteren Hinweis**
> Einstellung auf dem Handgerät prüfen (Schritt 3). Handgerät einschalten bzw. aus dem Standby holen, Kabel abziehen und wieder anstecken, einige Sekunden warten und erneut „Kontakt herstellen“.

> **„Messdaten-Ordner auf dem Handgerät nicht gefunden“**
> Auf dem Handgerät wurden noch keine Sonden ausgelesen, oder in den Einstellungen der Sonden-App ist eine Speicherkarte gewählt, die nicht eingesetzt ist.

Hilft das nicht weiter, senden Sie bitte die folgende Datei an den AquiTronic-Support (**info@aquitronic.de** · Tel. **+49 7021 921640**):

```
C:\Users\Public\Documents\AquiTronic\Temp\Android\android_autoconnect.log
```